

列印時間：106/04/25 08:14

公開取得報價單或企劃書公告

公告日：106/04/24

[機關代碼]A.21.1
[機關名稱]衛生福利部疾病管制署
[單位名稱]秘書室
[機關地址]100臺北市中正區林森南路6號
[聯絡人]曹瀛心
[聯絡電話](02)23959825分機3703
[傳真號碼](02)23959830
[電子郵件信箱]yinhsin@cdc.gov.tw
[標案案號]YH106017
[標案名稱]空氣微生物採樣器
[標的分類]財物類482 - 做為測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置，除光學儀器;工業程序控制設備;上述各項之零件及附件
[財物採購性質]買受,定製
[採購金額級距]未達公告金額
[辦理方式]自辦
[依據法條]採購法第49條
[預算金額]650,000元
[預算金額是否公開]是
[後續擴充]否
[是否受機關補助]否
[是否含特別預算]否
[招標方式]公開取得報價單或企劃書
[決標方式]最低標
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理]否
[是否電子報價]否
[新增公告傳輸次數]01
[招標狀態]第一次公開取得
[公告日]106/04/24
[是否複數決標]否
[是否訂有底價]是
[是否屬特殊採購]否
[是否已辦理公開閱覽]否
[是否屬統包]否
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]否
[是否採行協商措施]否
[是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1]否
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
[是否提供電子領標]是
[機關文件費(機關實收)]0元
[系統使用費]20元
[文件代收費]0元
[總計]20元
[是否提供現場領標]否
[是否提供電子投標]否
[截止投標]106/05/01 17:00
[開標時間]
[開標地點]

[是否須繳納押標金]否

[投標文字]正體中文

[收受投標文件地點]100臺北市中正區林森南路6號

[是否依據採購法第99條]否

[是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場]否

[履約地點]臺北市(非原住民地區)

[履約期限]決標後90日曆天完成安裝測試

[是否刊登公報]否

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是

[歸屬計畫類別]非屬愛台十二項計畫

[廠商資格摘要]

(一) 廠商登記或設立之證明。如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之;廠商附具之證明文件，其內容與招標文件之規定有異，但截止投標前公開於目的事業主管機關網站之該廠商最新資料符合招標文件規定者，機關得允許廠商列印該最新資料代之。

[是否訂有與履約能力有關之基本資格]否

[附加說明]

1.附加說明

本案係依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款及第3條，徵求提供書面報價相關資料，所報價格僅供參考，必須資格及規格符合本案招標文件之廠商，本署將另行通知正式開標時間、地點辦理比、議價作業

空氣微生物採樣器採購規格

數量：2台。

規格：

1. 採樣角度可旋轉調整從水平至垂直(90度)。多孔吸氣頭：可濕熱滅菌。
2. 流量(Flow Rate)：至少100公升/分鐘。精密度：100公升誤差 $\pm 2.5\%$ 以內。
3. 有Airflow regulation功能，內建熱金屬風速計、數值控制器、溫度及壓力感應器。
4. 可放入任何廠牌或自行配置的90mm標準培養皿。
5. 可顯示時間及日期。
6. 具有延遲啟動功能，至少10分鐘。
7. 抽氣量可自由設定1~2000公升。
8. 面板為數位液晶顯示。
9. 附防塵蓋、操作手冊CD。
10. 可接110V電源或鋰電池充電使用，具電池充電低電量提醒自動顯示。充電器插頭需符合本國插座使用
11. 全機外殼(含面板)需可耐75%酒精擦拭。
12. 本案不允許採用大陸產品參予投標。
13. 投標廠商請檢附產品規格說明或型錄影本。
14. 附USB插槽，可聯結電腦，配合軟體可進行監控。
15. 附IQ/OQ確效文件。
16. 符合GAMP 4、ISO 14698及EN 61000等，相關之規範及認證。

驗收：

1. 交機後須執行人員教育訓練及實作練習。
2. 保固期：1年。
3. 文件資料：
 - a. 交機前先完成設計驗證(DQ)文件。
 - b. 含軟體，其中軟體須註明版本及名稱。
 - c. 原廠說明書、出廠證明、CE證明。
 - d. 流量精密度誤差(100公升 $\pm 2.5\%$ 以內)，請檢附校正報告。
 - e. 交機後須進行IQ/OQ文件認證，並協助PQ執行。
 - f. 儀器外部結構圖說明及標準操作程序之中文、英文版及電子檔。

餘詳招標文件

對本案招標規格如有疑問請聯絡請購單位承辦人及電話疫苗中心劉健信先生02-27850513轉721；
本案招標程序相關問題採購單位聯絡人及電話：秘書室曹小姐02-23959825轉3703

[是否刊登英文公告]否

[疑義、異議、申訴及檢舉受理單位]

[疑義、異議受理單位]衛生福利部疾病管制署

[檢舉受理單位]

部會署-衛生福利部採購稽核小組（地址：115臺北市南港區忠孝東路6段488號5樓、電話：02-85906579、傳真：02-85906050）

法務部調查局（地址：231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話：02-29177777、傳真：02-29188888）

臺北市調查處（地址：106臺北市大安區基隆路二段176號;臺北市郵政60000號信箱、電話：02-27328888）

法務部廉政署（地址：100臺北市中正區博愛路166號;台北郵政14-153號信箱、電話：0800286586、傳真：02-23811234）

中央採購稽核小組（地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554）

註：◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者，請依政府採購法第41條向招標機關反映。